


Producto	Código ficha	Revisión	Fecha	Motivo
Agua a granel desmineralizada	FT0000DES	0	Enero 2025	Nuevo formato de ficha

Contenido
Procedencia

Agua de red y fuentes propias

Resultados de parámetros microbiológicos y físico químicos			
Parámetros	Resultados	Unidades / Método	
pH	5,0-7,0	Unidades pH	
Conductividad (20°C)	≤ 4,0	μS/cm	
Cloruros	<0,5	mg/L	
Sulfatos	<2	mg/L	
Sílice	<0,2	mg/L	
Nitratos	<0,1	mg/L	
Residuo por evaporación	<1,0	mg/L	
Sodio	<1,0	mg/L	
Magnesio	<0,5	mg/L	
Hierro	<0,1	mg/L	
Potasio	<0,1	mg/L	
Amonio	<0,15	mg/L	
Calcio	<5,0	mg/L	



Los datos incluidos en la presente ficha técnica están basados en analíticas periódicas realizadas en laboratorios externos acreditados. Los resultados indicados están supeditados a los límites de detección.

Los valores de los parámetros incluidos en esta ficha técnica corresponden a las analíticas realizadas, siendo susceptibles de variación una vez suministrado el producto al cliente debido a su manipulación posterior, contacto atmosférico, condiciones de almacenamiento o temperatura.

**Consumo preferente:** tres años desde la fecha de suministro al cliente. La fecha de producción es la asignada al lote de día producido y que se compone de 4 dígitos de los cuales los tres primeros corresponden al día de producción en formato juliano y el cuarto a la última cifra del año en curso. Las condiciones del agua se mantendrán si esta se encuentra debidamente almacenada y libre de contaminaciones externas.